



We the/ Wir, die

NanoRepro AG

Untergasse 8 , 35037 Marburg, Germany

declare on our own responsibility that
erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass

the medical device
das Medizinprodukt

Veroval®

Selbst-Test Eisenmangel/Auto-Test Carence en fer/ Self test Carencia di ferro

(art.no.: 360211, classification: self-testing)

with the purpose of
mit der Zweckbestimmung

***immuno chromatographic rapid test for self-testing for the qualitative determination of
Ferritin in human whole blood samples***

***immunchromatographischer Schnelltest für die Eigenanwendung zur qualitativen Bestimmung
von Ferritin in humanen Vollblutproben***

fulfills the applicable requirements
of Annex I of the Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.
erfüllt die zutreffenden grundlegenden Anforderungen
des Anhang I der Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika.

The agreement is proven by a conformity assessment procedure
Die Übereinstimmung wurde nachgewiesen durch ein Konformitätsbewertungsverfahren

according to Directive 98/79/EC Annex IV excluding sections 4. and 6.
Full quality assurance system
In-Vitro Diagnostics

nach Richtlinie 98/79/EG Anhang IV ohne die Abschnitte 4. und 6.
Vollständiges Qualitätssicherungssystem
In-Vitro-Diagnostika

with the participation of the Notified Body:
unter Beteiligung der Benannten Stelle:

mdc medical device certification GmbH (0483)
Kriegerstraße 6, 70191 Stuttgart, Germany

This declaration is valid until

*Diese Konformitätserklärung ist gültig bis zum **25.01.2021***

Marburg, 05.09.2016

Lisa Jüngst
CEO
Vorstand

Dr. rer. nat. Björn Heidel
Head of Quality Management
Leiter Qualitätsmanagement
Safety Officer for Medical Devices
Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte