

ZA La Gobette
60540 Puiseux le Hauberge
FRANCE

Tel: (33) 03 44 74 19 95

Fax: (33) 03 44 74 18 94

E-mail : laboinex@wanadoo.fr

DECLARATION DE CONFORMITE CE **CE DECLARATION OF CONFORMITY**

Concerne les produits INEX / *Concern INEX products:*

- CANULES DE LIPOTRANSFERT – Classe IIa, Règle 6:
- CANULES DE LIPOSUCCION – Classe IIa, Règle 6:
- ACCESSOIRES – Classe IIa , Règle 6:
- DISPODERM – Classe IIa , Règle 6:
- TROCARTS DE BIOPSIE – Classe IIa , Règle 6:
- AIGUILLE D'INSUFFLATION – Classe IIa , Règle 6:
- KIT CANULE + AIGUILLE – Classe IIa , Règle 6:
- KIT LIPOFILLING – Classe IIa, Règle 6 :
- KIT TRANSFERT DE GRAISSE – Classe IIa, Règle 6
- KIT BIOPSIE – Classe IIa , Règle 6:

Nous déclarons et garantissons que les produits marqués CE de la liste ci-dessus sont conformes aux dispositions de la directive 93/42/CEE.

Cette déclaration est faite sur la base de la certification du système complet d'assurance qualité de l'annexe II de la directive 93/42/CEE sur le certificat n° MED 070080 délivré par EZU (organisme notifié numéro 1014), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, République Tchèque

We declare and guarantee that products with CE mark from above list are in conformity with provision of 93/42/EEC MDD.

This declaration is based on the full quality assurance system certification of annex II of 93/42/CEE MDD upon certificate No. MED 070080 delivered by EZU (Notified body number 1014), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, République Tchèque



F. BAPTENDIER
Directeur INEX Silicone



X.GROBON
Responsable Qualité INEX Silicone

