EN

Instructions for use

Product description and composition
HydroClean advance cavity is a hydroactive wound dressing that contains, as a core component, a superabsorbent polyacrylate (SAP) embedded in cellulose fibers and activated (potentiated) with Ringer's solution. The wound pad is covered with a knitted fabric consisting of polypropylene.

Properties and mode of action
HydroClean advance cavity delivers Ringer's solution to the wound for up to three days. During this time, interactive and continuous wound irrigation takes place, due to the wound dressing pad also absorbing wound exudate. The SAP used in HydroClean advance cavity inactivates matrix metalloproteinases (MMP) which impair wound healing. As a result, stagnating healing in chronic wounds can be reactivated.

Intended use
HydroClean advance cavity is suitable for wet/moist treatment of wounds. The dressing should be used by healthcare professionals or laypersons trained by healthcare professionals.

Indications
HydroClean advance cavity is indicated for the wet management of dry, light and moderately exuding wounds, in particular of wounds with impaired healing tendency. The product is especially suitable for the treatment of chronic and poorly healing wounds during the cleansing and granulation stage. HydroClean advance cavity can also be used for the treatment of infected wounds. HydroClean advance cavity can furthermore be used for exhaustive stagnating healing processes if these are caused by excessive MMP activity.

Mode of application and dressing change
The packaging and the dressing should be checked for damage. HydroClean advance cavity should not be used if damage is detected. The dressing change should be carried out according to current medical standards. Ideally, it should especially be carried out under aseptic conditions. The dressing must therefore not be touched with sterile handling gloves or instruments. HydroClean advance cavity is placed into the wound. HydroClean advance cavity must be in contact with the wound bed. HydroClean advance cavity should be covered with a HydroClean advance cavity wound dressing pad. The upper HydroClean advance wound dressing pad should overlap the wound edges by 2 cm. HydroClean advance cavity should be secured with a stressing retention material. If HydroClean advance cavity is inserted into a wound with a condition that does not allow it to be covered with a HydroClean advance dressing, a film dressing can be used instead. Attention should be paid to choosing a large enough film dressing to ensure secure fixation. This applies in particular to areas in which the fixation is stressed considerably by movement. When using a film dressing one should also ensure that Ringer's solution does not leak from the wound dressing pad as a result of pressure , thus preventing secure fixation. HydroClean advance cavity is also suitable to be used under compression bandages or stockings. The dressing can remain in situ for up to seven days, depending on clinical judgement. The dressing should be changed if the absorption capacity is exhausted or the dressing is soiled. In cases of infected wounds with suitable advance cavity can be removed from the wound without causing additional pain. Should the wound dressing pad adhere to the wound, it can be loosened with a sterile physiological saline or Ringer's solution prior to removal to loosen the adhesion.

Special precautions
Before treating wounds with impaired healing tendency, the wound condition and the causes of the impairment must be assessed by a physician or another healthcare professional. Treatment with HydroClean advance cavity cannot replace treatment of the cause of impaired wound healing. HydroClean advance cavity must not be cut to size or otherwise damaged mechanically. If HydroClean advance cavity is applied on the side of a foot, the patient must not stand on it because the dressing may burst. If the dressing is damaged, SAP particles and fibers may get into the wound. They should be rinsed out with a sterile physiological saline or Ringer's solution. Infected wounds and wounds highly contaminated with bacteria should only be treated locally with the aid of a physician or other healthcare professional, particularly if a film dressing is used for fixation. Film dressing sensitivity should be checked before use. HydroClean advance cavity is not used to treat dry necrotic foot wounds caused by arterial occlusive disease. Third degree burns must be treated by surgical procedures prior to the use of HydroClean advance cavity. Topical medication or disinfectants should not be applied during treatment with HydroClean advance cavity. The dressing may absorb or otherwise compromise the efficacy of the agents. HydroClean advance cavity should not be used to treat heavily exuding wounds. If the skin around the wound is particularly sensitive and impaired, it is advisable to protect the skin with suitable skin protection. In patients with a risk of excessive bleeding (e. g. due to blood-thinning medications), HydroClean advance cavity should be removed with caution at each dressing change. If necessary, HydroClean advance cavity should first be irrigated with Ringer's solution or physiological saline solution as described above. Safety and effectiveness in pregnant women and children have not been established.

Contraindications
Do not use HydroClean advance cavity on patients with an intolerance to any of its components.

Side effects
At the start of the treatment with HydroClean advance cavity, breakdown of irreversibly damaged tissue can lead to an increase in the size of the wound. This can be a sign that wound healing has been activated. Reddening of the wound edges can occur during wet/moist treatment; this is normally a sign that blood circulation has been activated as the wound begins to heal. However, the cause must be assessed individually in each case. HydroClean advance cavity therapy itself does not cause pain. However, an open wound bed can be very sensitive to mechanical stimuli. The question whether an adequate analgesic therapy is indicated must be considered on a case-by-case basis. Whilst wet/moist treatment with Ringer's solution does not lead to maceration of vital cells, it can cause swelling of the surface layer of dead horny layer, which then acts as a whitish coating. In rare cases, unspecific activation of gluteal and leg muscles had been observed in paraplegic patients with sacral wounds. The symptoms were immediately resolved after the removal of the dressing.

Product disposal
To minimise the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of the medical device should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards.

Special instructions
The use of HydroClean advance cavity may cause skin irritations, a prolonged healing time, pain, and/or infections. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage the integrity and therefore performance.

Incident reporting
For a patient / user / third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices): if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to your manufacturer and / or its authorized representative and to your national authority.

Date of revision of the notice : 2021-02-25

AU — PAUL HARTMANN Pty. Ltd. · Macquarie Park, NSW 2113
GB — PAUL HARTMANN Ltd. · Heywood·Greater Manchester OL10 2TT
ZA — HARTMANN Africa · Northriding, Johannesburg, Gauteng

FR

Instructions d'utilisation

Description du produit et composition
HydroClean advance cavity est un pansement hydroactif constitué principalement d'un polyacrylate superabsorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose et activé (enthumidifié) par la solution de Ringer. Le coussinet est recouvert d'un tricot en polypropylène.

Propriétés et mode d'action
HydroClean advance cavity libère la solution de Ringer dans la plaie jusqu'à trois jours. Pendant ce temps, l'irrigation interactive et continue de la plaie a lieu grâce au coussinet qui pansement qui absorbe également l'exsudat de la plaie. Le SAP

présent dans HydroClean advance cavity inactive les métalloprotéinases matricielles (MMP) qui altèrent la cicatrisation des plaies. La guérison stagnante des plaies chroniques peut être ainsi réactivée.

Utilisation prévue
HydroClean advance cavity convient pour le traitement des plaies en milieu humide. Le pansement doit être utilisé par des professionnels de santé ou par des personnes formées par des professionnels de santé.

Indications
HydroClean advance cavity est indiqué pour le soin en milieu humide des plaies sèches, légèrement et modérément exsudatives, en particulier des plaies dont la cicatrisation est entravée. Ce produit est particulièrement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et de cicatrisation difficile lors de la phase de nettoyage et de granulation. HydroClean advance cavity peut également être utilisé pour le traitement des plaies infectées. HydroClean advance cavity peut en outre être utilisé pour réactiver les processus de cicatrisation stagnants si ceux-ci sont causés par une activité excessive des MMP.

Mode d'utilisation et renouvellement de pansement
L'emballage et le pansement doivent être contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. HydroClean advance cavity ne doit pas être utilisé si des dommages sont constatés. Le renouvellement de pansement doit être effectué conformément aux directives médicales en vigueur. Il doit en outre impérativement être réalisé dans des conditions d'asepsie. Le pansement ne doit donc pas être touché avec des mains, des gants stériles ou des instruments non stériles. HydroClean advance cavity est placé dans la plaie. HydroClean advance cavity doit être en contact avec le lit de la plaie. HydroClean advance cavity doit être recouvert d'une compresse HydroClean advance. La partie supérieure du pansement HydroClean advance doit recouvrir les bergers de la plaie. HydroClean advance doit être fixé avec un matériau de rétention de contrainte approprié. Si HydroClean advance cavity est inséré dans une plaie dont l'état ne permet pas de la recouvrir d'un pansement HydroClean advance, il est possible d'utiliser un pansement occlusif à la place. Il faut veiller à choisir un pansement suffisamment grand pour assurer une fixation sûre. Cela s'applique en particulier aux zones dont la fixation est fortement sollicitée par le mouvement. Lors de l'utilisation d'un pansement sous forme de film, il faut également s'assurer que la solution de Ringer ne fuit pas du pansement sous l'effet de la pression, ce qui empêcherait une fixation sûre. HydroClean advance cavity convient également pour être utilisé sous bandages de compression ou des bas de contention. Le pansement peut rester en place jusqu'à trois jours, selon l'état clinique. Le pansement doit être remplacé si la capacité d'absorption est épuisée ou si le pansement sèche prématurément. Dans la plupart des cas, HydroClean advance cavity peut être retiré de la plaie sans causer de douleur supplémentaire. Si le pansement adhère à la plaie, il peut être imprégné d'un solute physiologique stérile ou d'une solution de Ringer avant le retrait pour décoller l'adhérence.

Précautions particulières
Avant de traiter des plaies dont la tendance à la cicatrisation est altérée, l'état de la plaie et les causes de l'altération doivent toujours être évalués par un médecin ou un autre professionnel de santé. Le traitement par HydroClean advance cavity ne peut pas remplacer le traitement de la cause de l'altération de la cicatrisation des plaies. HydroClean advance cavity ne doit pas être coupé ou autrement endommagé mécaniquement. Si HydroClean advance cavity est appliqué sur la plante d'un pied, le patient ne doit pas se tenir debout ou marcher dessus, car le pansement pourrait éclater. Si le pansement est endommagé, des particules et des fibres de SAP pourraient pénétrer dans la plaie. Il faut le rincer avec un solute physiologique stérile ou avec la solution de Ringer. Les plaies causes de plaies fortement exposées aux bactéries ne doivent être traitées que sous la surveillance d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé, en particulier si un pansement sous forme de film est utilisé pour la fixation. Les pansements hydratants comme HydroClean advance cavity ne doivent pas être utilisés pour traiter les plaies nécrotiques sèches du pied causées par une maladie occlusive artérielle. Les brûlures du troisième degré doivent être traitées par des procédures chirurgicales avant l'utilisation d'HydroClean advance cavity. Il ne faut pas appliquer de médicaments topiques ou de désinfectants pendant le traitement avec HydroClean advance cavity. Le pansement peut absorber ou compromettre l'efficacité des agents. HydroClean advance cavity ne doit pas être utilisé pour traiter les plaies fortement exsudatives. Si la peau autour de la plaie est particulièrement sensible et altérée, il est conseillé de la protéger avec une protection cutanée appropriée. Chez les patients présentant un risque de saignement excessif (p. ex. en raison de médicaments anticoagulants), HydroClean advance cavity doit être retiré avec prudence à chaque renouvellement de pansement. Si nécessaire, HydroClean advance cavity doit d'abord être rincé avec la solution de Ringer ou de solute physiologique stérile comme décrit ci-dessus. L'innocuité et l'efficacité chez les femmes enceintes et les enfants n'ont pas été établies.

Contre-indications
Ne pas utiliser HydroClean advance cavity sur des patients présentant une intolérance à l'un de ses composants.

Effets secondaires
Au début du traitement avec HydroClean advance cavity, la dégradation des tissus déjà lésés de manière irréversible peut conduire à un agrandissement de la plaie. Cela peut être un signe que la cicatrisation a commencé. Il peut survenir des bergers de la plaie peut se produire pendant un traitement humide ; c'est normalement un signe que la circulation sanguine a été réactivée car la plaie commence à cicatriser. Cependant, une plaie ouverte est très sensible aux stimuli mécaniques. La question de savoir si un traitement analgésique adéquat est indiqué doit être examinée au cas par cas. Bien que le traitement en milieu humide avec la solution de Ringer n'entraîne pas la macération des cellules vitales, il peut provoquer le gonflement de la couche cornée plantaire morte, qui apparaît alors comme une couche blanchâtre. Dans de rares cas, une activation non spécifique des muscles fessiers et des jambes a été observée chez des patients paraplégiques présentant des plaies sacrées. Les symptômes ont immédiatement disparu après le retrait du pansement.

Élimination du produit
Afin de réduire le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables du dispositif médical doivent être éliminés conformément aux lois, réglementations et normes locales applicables et aux normes de prévention des infections.

Instructions particulières
La réutilisation d'HydroClean advance cavity peut causer des irritations cutanées, un retard de cicatrisation plus long, des douleurs et/ou des infections. Le traitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut nuire gravement à leur intégrité et donc à leurs performances.

Signalement des incidents
Pour un patient / utilisateur / tiers dans l'Union européenne et dans les pays ayant un régime réglementaire identique (Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux) : si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, un incident grave s'est produit, veuillez le signaler à votre fabricant et/ou à son mandataire et à votre autorité nationale.

Date de révision de la notice : 2021-02-25

AU — PAUL HARTMANN Pty. Ltd. · Macquarie Park, NSW 2113
GB — PAUL HARTMANN Ltd. · Heywood·Greater Manchester OL10 2TT
ZA — HARTMANN Africa · Northriding, Johannesburg, Gauteng

ES

Instrucciones de utilización

Descripción del producto y composición
HydroClean advance cavity es un apósito hidroactivo que contiene principalmente un poliacrilato superabsorbente (SAP) incluido en fibras de celulosa y activado (enthumidifié) por la solución de Ringer. Le coussinet est recouvert d'un tricot en polypropylène.

Propiedades y modo de acción
HydroClean advance cavity libera la solución de Ringer durante tres días. Durante este periodo, se produce una irrigación interactiva y continua de la herida. El SAP utilizado en HydroClean advance cavity inactiva las metaloproteinasas de matriz (MMP) perjudiciales y cicatrización de la herida. Como consecuencia, un proceso de cicatrización estancado en heridas crónicas puede ser reactivado.

Utilización prevista
HydroClean advance cavity es adecuado para el tratamiento de heridas húmedas. El apósito está destinado al uso por parte de profesionales sanitarios o personas debidamente formadas por profesionales sanitarios.

Indicaciones
HydroClean advance cavity está indicado para el tratamiento húmedo de heridas secas y con exudado moderado y leve, en especial, heridas difíciles de cicatrizar. El

producto es idóneo para el tratamiento de heridas crónicas o difíciles de cicatrizar, especialmente en la fase de limpieza y granulación. HydroClean advance cavity también puede utilizarse para el tratamiento de heridas con infección. Además, HydroClean advance cavity puede ser utilizado para la reactivación de procesos de cicatrización estancados en los casos causados por una excesiva actividad de las MMP.

Modo de aplicación y cambio del apósito
Se debe comprobar si el embalaje y el apósito presentan daños. HydroClean advance cavity no debe utilizarse si se detectan daños. El cambio del apósito debe realizarse según las normativas sanitarias en vigor. En especial, debe realizarse en condiciones asépticas. En consecuencia, no debe tocarse el apósito con guantes, instrumentos o manos no estériles. HydroClean advance cavity se coloca en la herida. HydroClean advance cavity debe estar en contacto con el lecho de la herida. HydroClean advance cavity debe cubrirse con un apósito HydroClean advance. El apósito superior HydroClean advance debería sobrepasar ligeramente el contacto de la herida. Fijar HydroClean advance cavity con materiales adecuados. Si HydroClean advance cavity se introduce en una herida cuyo estado no permite su cobertura con un apósito HydroClean advance, también se puede utilizar en su lugar un apósito transparente. Se debe elegir un apósito suficientemente grande para garantizar una fijación segura, especialmente en las zonas sometidas a gran movimiento. Al emplear un apósito transparente, también debe asegurarse de que la solución de Ringer no salga del apósito por efecto de la presión, lo que impediría una buena fijación. HydroClean advance cavity también puede utilizarse debajo de medias o vendajes de compresión. El apósito se debería cambiar si existe una saturación o suciedad. En caso de heridas infectadas, HydroClean advance cavity se puede retirar con una solución salina fisiológica estéril o con solución de Ringer por el mismo motivo.

Precauciones especiales
Antes del tratamiento de heridas con dificultades de cicatrización, el médico u otro profesional sanitario debe proceder a un examen médico del estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean advance cavity no puede sustituir el tratamiento de la causa de la alteración del proceso de cicatrización. HydroClean advance cavity no debe recortarse ni dañarse mecánicamente. Si HydroClean advance cavity se aplica en la planta del pie, el paciente no debe estar de pie ni caminar apoyado en ese pie, porque el apósito podría reventar. Si el apósito está dañado, pueden salir partículas y fibras de SAP. Deben ser aplicados medicamentos tópicos ni desinfectantes durante el tratamiento con HydroClean advance cavity. El apósito puede absorber o comprometer la eficacia de los agentes. HydroClean advance cavity no debe utilizarse para tratar heridas con fuerte exudado. Si la piel de la zona de la herida es muy sensible y está dañada, es recomendable proteger la piel con una protección cutánea adecuada. En los pacientes con mayor propensión a las hemorragias, provocadas p. ej. por preparados hemorreológicos, HydroClean advance cavity debe retirarse con cuidado en cada cambio de apósito. Si es necesario, HydroClean advance cavity debe limpiarse primero con solución salina fisiológica estéril o con solución de Ringer, como se describe arriba. No se han comprobado la seguridad y la efectividad en mujeres embarazadas o niños.

Contraindicaciones
HydroClean advance cavity no debería usarse si existe hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios
Al comienzo del tratamiento con HydroClean advance cavity, la rotura del tejido con daños irreversibles puede aumentar el tamaño de la herida. Esto puede ser un indicador de que ha comenzado la cicatrización. Durante la terapia húmeda, puede producirse enrojecimiento en los bordes de la herida; esto suele indicar el inicio del proceso de cicatrización. Sin embargo, la causa debe examinarse en cada caso individual. La propia terapia con HydroClean advance cavity no causa dolor. No obstante, la herida abierta puede ser con frecuencia muy sensible a estímulos mecánicos. La adecuación de una analgesia debe valorarse en cada caso. El tratamiento húmedo con solución Ringer no provoca maceraciones de células vitales, aunque sí provoca el hinchamiento de la capa superficial de la capa córnea plantar, que se manifiesta en forma de capa blanquecina. En casos raros, se ha observado una activación inespecífica de los músculos glúteos y de las piernas en pacientes paraplégicos con heridas en el sacro. Los síntomas desaparecieron inmediatamente tras retirar el apósito.

Eliminación del producto
Para reducir al mínimo el riesgo de posibles infecciones o de contaminación medioambiental, los componentes desechables del producto sanitario deben desechar según los procedimientos de eliminación establecidos por las leyes, normas o reglamentos locales pertinentes, así como por las normas de prevención de infecciones.

Instrucciones especiales
La reutilización de HydroClean advance cavity puede ocasionar irritación cutánea, retardo en la cicatrización, dolor y/o infecciones. Reprocesar los productos para volver a utilizarlos puede dañar gravemente su integridad y su función.

Notificación de incidencias
Para pacientes/usuarios/terceros en la Unión Europea y países con idéntico marco regulatorio (Reglamento (UE) 2017/745, sobre los productos sanitarios): si durante el uso de este dispositivo o como resultado del mismo se produjera un incidente grave, debería notificárselo al fabricante y/o su representante autorizado, y a la autoridad nacional correspondiente.

Fecha de la revisión del prospecto: 2021-02-25

ES — Laboratorios PAUL HARTMANN S.A. · 08302 Mataró

IT

Istruzioni per l'uso

Descrizione e composizione del prodotto
HydroClean advance cavity è un penso idroattivo cui principal componente è un poliacrilato superabsorbente (SAP) incorporato en fibras de celulose e attivato (pre-impregnato) con solução de Ringer. O penso está envolto por uma malha de polipropileno.

Proprietades e modo de ação
HydroClean advance cavity fornece a solução de Ringer durante três dias. Dado que o penso absorve em simultâneo a secreção da ferida, durante este período ocorre uma irrigação interativa e contínua da ferida. O SAP utilizado no HydroClean advance cavity inativa as metaloproteinases da matriz (MMP) prejudiciais à cicatrização da ferida. Como consequência, um processo de cicatrização estagnado em feridas crónicas pode ser reativado.

Utilização prevista
HydroClean advance cavity é adequado para o tratamento húmido de feridas. O penso deve ser utilizado por profissionais de saúde ou leigos, desde que devidamente treinados por profissionais de saúde.

Indicações
HydroClean advance cavity é indicado para a gestão húmida de feridas secas, ligeiramente e moderadamente exsudativas, especialmente as propensas a problemas no processo de cicatrização. O produto é especialmente indicado para tratamento de feridas crónicas e de cicatrização difícil na fase de limpeza e granulação. HydroClean advance cavity também pode ser utilizado para o tratamento de feridas infetadas. Além disso, HydroClean advance cavity pode ser utilizado para reativar processos de cicatrização estagnados, caso tal tenha sido causado por uma atividade muito elevada das MMP.

Como colocar e mudar o penso
Antes a embalagem e o penso devem ser verificados quanto a possíveis danos. Caso sejam detetados danos, HydroClean advance cavity não deve ser utilizado. A mudança do penso deve ser realizada de acordo com as normas médicas vigentes. Deve ser realizada especialmente sob condições assépticas. O penso não deve, portanto, ser tocado com as mãos, luvas ou instrumentos não esterilizados. HydroClean advance cavity é colocado na ferida. HydroClean advance cavity tem de estar em contacto com o leito da ferida. HydroClean advance cavity tem de ser coberto com um penso HydroClean advance. O penso superior HydroClean advance deve sobrepor-se ligeiramente aos bordos da ferida. HydroClean advance cavity deve ser fixado com materiais adequados. Se HydroClean advance cavity for inserido numa ferida, cuja condição não permita que seja coberta com um penso HydroClean advance, deve ser utilizado, em vez disso, um penso transparente. Ao utilizar um penso, deve assegurar-se de que não ocorre fuga de solução de Ringer do penso devido à pressão, o que impediria uma fixação segura. HydroClean advance cavity também é adequado para uso sob ligaduras ou meias de compressão. O penso deve ser mudado de acordo com indicação médica e, se necessário, com mais frequência. Se o penso deve ser mudado, caso a capacidade de absorção tenha sido esgotada ou este seque prematuramente. No maioria dos casos, HydroClean advance cavity pode ser retirado da ferida sem agravar a dor. Se o penso aderir à ferida, pode irrigá-lo com solução fisiológica salina ou solução de Ringer estéril antes de o retirar, para soltar a aderência.

Precauções especiais
Antes de tratamento de feridas com dificuldade de cicatrização, é necessária uma avaliação médica ou de outro profissional de saúde da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrização. O tratamento com HydroClean advance cavity não pode ser cortado nem danificado mecanicamente. Se HydroClean advance cavity for aplicado na planta do pé, o paciente deve evitar ficar de pé ou caminhar sobre o mesmo, para que o penso não rebente. Se o penso estiver danificado, podem sair partículas e fibras de SAP para a ferida. Nesse caso, a ferida deve ser lavada com uma solução fisiológica salina ou solução de Ringer estéril. Feridas infetadas e feridas altamente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica ou de outro profissional de saúde, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. Os penso adesivos humectantes, como HydroClean advance cavity, não é recomendado para o tratamento húmido de feridas secas causadas por uma doença arterial oclusiva. Em caso de queimaduras de terceiro grau, estas devem ser submetidas a tratamento cirúrgico antes da aplicação de HydroClean advance cavity. Não devem ser aplicados medicamentos tópicos ou desinfectantes durante o tratamento com HydroClean advance cavity. O penso poderá absorver ou enfraquecer o efeito destes agentes. HydroClean advance cavity não pode ser utilizado para tratar feridas gravemente exsudativas. Se a pele à volta da ferida estiver particularmente sensível e danificada, recomenda-se a sua proteção com um preparado adequado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias excessivas (p. ex. devido a medicamentos anticoagulantes), HydroClean advance cavity deve ser retirado com especial cuidado, em cada mudança do penso. Se necessário, HydroClean advance cavity deve ser previamente humedecido com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. A segurança e a eficácia em crianças e grávidas não foram testadas.

Contraindicações
HydroClean advance cavity não deve ser utilizado quando se verifique uma hipersensibilidade a qualquer dos componentes.

Efeitos secundários
No início do tratamento com HydroClean advance cavity, o tamanho da ferida poderá aumentar devido à reabsorção de tecidos já irreversivelmente lesados. No entanto, isto poderá ser um sinal de que a cicatrização se iniciou. Durante o tratamento húmido, pode ocorrer vermelhidão nos bordos da ferida, o que geralmente é um sinal de reativação da circulação sanguínea em consequência do início da cicatrização. A causa deve, no entanto, ser sempre avaliada caso a caso. O tratamento HydroClean advance cavity, por si só, não provoca dor. No entanto, as feridas abertas podem ser muito sensíveis a estímulos mecânicos. Há que analisar, pontualmente, se é indicada uma terapia para a dor. O tratamento húmido com solução de Ringer não provoca maceração de células vitais, mas pode fazer inchar as camadas da pleura do pé, o que se manifesta como um revestimento esbranquiçado. Em casos raros, foi observada uma ativação não específica de músculos glúteos e das pernas foi observada em pacientes paraplégicos com feridas sacrais. Os sintomas foram imediatamente resolvidos após a retirada do penso.

Eliminação do produto
Para minimizar o risco de possíveis infeções, ou de poluição ambiental, os procedimentos a seguir para a eliminação dos componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser seguidos de acordo com as leis locais aplicáveis, as regras, os regulamentos e as normas de prevenção da infeção.

Instruções especiais
A reutilização de HydroClean advance cavity pode ocasionar irritação cutânea, atraso na cicatrização, dor e/ou infeções. O reprocessamento de dispositivos, com vista à sua reutilização, pode afetar a sua integridade e seu desempenho.

Comunicação de incidentes
Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e nos países com regime regulamentar idêntico (Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos): se, durante a utilização deste dispositivo ou em consequência do seu uso, ocorrer um incidente grave, reporte-o ao fabricante e/ou ao representante autorizado e à sua autoridade nacional.

Data da revisão do texto: 2021-02-25

IT — PAUL HARTMANN LDA. · 2685-378 Prior Velho

GR

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος και σύνθεση
Το HydroClean advance cavity είναι ένα υδρορυφορικό επίθεμα τραυμάτων, με βασικό συστατικό ένα μειονεκτικό πολυακρυλικό άλας (SAP), το οποίο είναι ενσωματωμένο σε ίνες κυτταρίνης και ενεργοποιημένο (προεμποτισμένο) με διάλυμα Ringer. Ο πυρήνας του επιθέματος καλύπτεται με πλεκτό ύφασμα από πολυπροπυλένιο.

Ιδιότητες και τρόπος δράσης
Το HydroClean advance cavity χορηγεί διάλυμα Ringer στο τραύμα για έως και τρεις ημέρες. Επειδή ο πυρήνας του επιθέματος απορροφά παράλληλα και το υγρό του τραύματος, διενεργούνται συχνές πλύσεις του τραύματος. Το SAP που χρησιμοποιείται στο HydroClean advance cavity αδρανοποιεί τις μεταλλοπρωτεϊνάσες του πίνακα (MMP) που παρεμποδίζουν την επούλωση του τραύματος. Σε αποτέλεσμα, η αδρανοποίηση αυτών των ενζύμων μπορεί να επαναενεργοποιήσει.

Προβλεπόμενη χρήση
Το HydroClean advance cavity είναι κατάλληλο για υγρή θεραπεία τραυμάτων. Το επίθεμα πρέπει να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του τομέα υγείας ή από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί από επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Ενδείξεις
Το HydroClean advance cavity ενδείκνυται για την υγρή αντιμετώπιση ξηρών, ελαφρών και μετρίως εξιδρωτικών τραυμάτων, ιδιαίτερα τραυμάτων με τάση για αργή επούλωση. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τραυματίες επιλογή στον στάδιο του καθαρισμού και της κοκκοποίησης. Το HydroClean advance cavity μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία μολυσμένων τραυμάτων. Επιπλέον, το HydroClean advance cavity μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναενεργοποίηση αδρανοποιημένων διαδικασιών επούλωσης εφόσον προκαλούνται από υπερβολική δραστηριότητα MMP.

Οδηγίες εφαρμογής και αλλαγή επιθέματος
Η συσκευασία και το επίθεμα πρέπει να ελέγχονται για ζημιές. Το HydroClean advance cavity δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τυχόντες βλάβες. Η αλλαγή επιθέματος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ιατρικές οδηγίες. Ιδανικά, πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες αποστείρωσης. Επομένως, το επίθεμα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αποστειρωμένα γάντια ή εργαλεία. Το HydroClean advance cavity τοποθετείται μέσα στο τραύμα. Το

HydroClean advance cavity πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με την κοίλότητα του τραύματος. Το HydroClean advance cavity πρέπει να καλύπτεται από ένα επίθεμα τραύματος HydroClean advance. Ο άνω πυρήνας του επιθέματος τραύματος HydroClean advance πρέπει να υπερκαλύπτει τα άκρα του τραύματος. Το HydroClean advance πρέπει να στερεώνεται με κατάλληλο υλικό συγκράτησης υπό τάση. Εάν το HydroClean advance cavity εισαχθεί εντός τραύματος με κατάσταση που δεν επιτρέπει την κάλυψη με επίθεμα HydroClean advance, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντ' αυτού ένα διαφανές επίθεμα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην επιλογή ενός αρκετά μεγάλου διαφανούς επιθέματος για την εξασφάλιση ασφαλούς στερέωσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιοχές στις οποίες η στερέωση επηρεάζεται σημαντικά από την κίνηση. Κατά τη χρήση διαφανούς επιθέματος θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι το διάλυμα Ringer δεν διαρρέει από το επίθεμα τραύματος λόγω πίεσης, γεγονός που θα εμπόδιζε τη σωστή στερέωση. Το HydroClean advance cavity είναι επίσης κατάλληλο για χρήση κάτω από επιθέματα συμπίεσης ή κάλτσες συμπίεσης. Το επίθεμα μπορεί να παραμείνει στη θέση του για έως επτά ημέρες, ανάλογα με την κλινική εικόνα. Το επίθεμα πρέπει να αντικαθίσταται όταν εξαντληθεί η ικανότητα απορρόφησης ή όταν λερωθεί. Σε περίπτωση μολυσμένων τραυμάτων, το κατάλληλο HydroClean advance cavity μπορεί να αφαιρεθεί από το τραύμα χωρίς περαιτέρω πόνο. Εάν το επίθεμα τραύματος κολλήσει στο τραύμα, μπορεί να χαλαρώσει με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή διάλυμα Ringer. Η θεραπεία μολυσμένων τραυμάτων και τραυμάτων με μεγάλη μόλυνση από βακτήρια πρέπει να γίνεται μόνο τοπικά με τη βοήθεια ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας, ειδικά αν η πρόσφυση επιτυγχάνεται με επίθεμα διαφανούς φιλμ. Πριν από τη χρήση, θα πρέπει να ελέγχεται η ευαισθησία στο επίθεμα διαφανούς φιλμ. Το HydroClean advance cavity δεν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ξηρών νεκρωτικών τραυμάτων ποδιών που προκαλούνται από αρτηριακή απόφραξη. Τα εγκαύματα τρίτου βαθμού πρέπει να αντιμετωπίζονται με χειρουργικές διαδικασίες πριν από τη χρήση του HydroClean advance cavity. Δεν πρέπει να εφαρμόζονται τοπικά φάρμακα ή απολυμαντικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με HydroClean advance cavity. Ο επίδεσμος μπορεί να απορροφήσει ή να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το HydroClean advance cavity για τη θεραπεία τραυμάτων με μεγάλη εξίδρωση. Εάν το δέρμα γύρω από το τραύμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και κατεστραμμένο, συνιστάται η προστασία του δέρματος με κατάλληλη προστασία του δέρματος. Σε ασθενείς με κίνδυνο υπερβολικής αιμορραγίας (π.χ. λόγω αντιπηκτικών φαρμάκων), το HydroClean advance cavity θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή σε κάθε αλλαγή επιθέματος. Εάν είναι απαραίτητο, το HydroClean advance cavity θα πρέπει πρώτα να ξεπλένεται με διάλυμα Ringer ή φυσιολογικό ορό όπως περιγράφεται παραπάνω. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε έγκυες γυναίκες και παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Αντενδείξεις
Μη χρησιμοποιείτε το HydroClean advance cavity σε ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Με την έναρξη της θεραπείας με HydroClean advance cavity, ίσως μειωθούν το τραύμα λόγω της σπάλιας τμημάτων του ήδη καταστραμμένου ιστού. Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η επούλωση. Κατά τη διάρκεια του υγρού επιθέματος ερυθρότητα μπορεί να παρατηρηθεί στα άκρα του τραύματος. Αυτό συνήθως υποδηλώνει ότι έχει ξεκινήσει η επούλωση του τραύματος. Ωστόσο, η αιτία πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά μεμονωμένα. Η ίδια η θεραπεία HydroClean advance cavity δεν προκαλεί πόνο. Ωστόσο, η ανοιχτή βάση του τραύματος μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητη σε μηχανικά ερεθίσματα. Η ανάγκη για επαρκή αναλγητική θεραπεία πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Η υγρή θεραπεία με διάλυμα Ringer δεν προκαλεί μετατροπή των ζωντανών κυττάρων, αναγκάζει τα πεθαμένα κεράτινα στρώματα της επιδερμίδας να διογκωθούν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας λευκής επικάλυψης. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί μη χαρακτηριστική ενεργοποίηση των γλουτιαίων μυών και των μυών των ποδιών σε παραπληγικούς ασθενείς με τραύματα στην ιερή χώρα. Τα συμπτώματα αντιμετωπίστηκαν αμέσως μετά την αφαίρεση του επιθέματος.

Απόρριψη του προϊόντος
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πιθανών κινδύνων λοίμωξης ή περιβαλλοντικής μόλυνσης, τα αναλώσιμα εξαρτήματα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος θα πρέπει να απορρίπτονται με διαδικασίες σύμφωνες με τους ισχύοντες κανόνες, νόμους, κανόνες και κανονισμούς, καθώς επίσης και με τα πρότυπα πρόληψης των λοιμώξεων.

Ειδικές οδηγίες
Η επαναχρησιμοποίηση του HydroClean advance cavity μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος, παρατεταμένο χρόνο επούλωσης, πόνο ή/και λοιμώξεις. Η επανεπεξεργασία των συσκευών για επαναχρησιμοποίησή τους, ενδέχεται να βλάψει σημαντικά την ακεραιότητα και την απόδοσή τους.

Αναφορές περιστατικού
Για ασθενή/χρήστη/τρίτο μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με το ίδιο κανονιστικό καθεστώς (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα), σε περίπτωση που κατά τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του προέκυψε σοβαρό περιστατικό, θα π

Specijalne napomene mjere
Treba ga se također izbjegavati u slučaju kad postoji sumnja na prisutnost infekcije, u slučaju kad je rana slabo prokrvljena, u slučaju kad je rana zaražena ili kad je rana prekrivena nekrotičnim tkivom.

Posebne mjere oprezа
Prije liječenja rana s tendencijom ugrožene zaraslanja liječnik ili neki drugi medicinski djelatnik odnosno mora procijeniti uvjete rane i uzrok te ugrožetnosti. Liječenje zavojem HydroClean advance cavity može dovesti do zaraslanja ugrožene rane. HydroClean advance cavity se ne smije rezati ili na neki drugi način mehanički obrađivati. Ako se HydroClean advance cavity primjenjuje na tabanu, pacijent ne smije stajati ni hodati na tu nogu jer zavoj može pukнuti. Ako se rana zarazi, liječenje SAP-a i sistemska mogu dodatno otežati.

Potrebno je ispravno sterilizirati sterilizacijom u Ringerovom otopinom. Inficirane rane i rane izrazito izložene bakterijama smije se liječiti samo pod pomnim nadzorom. Nedostatak ili drugog mehaničkog djelovanja, osobito ako se za fiksaciju služi zavoj i fiksmon. Zavoj s vlaženjem kao što je HydroClean advance cavity nisu preporučeni za liječenje ozbiljnih nekrotičnih rana na stopalima uzrokovanih arterijskom okluzivnom bolešću. Opekline treće stupnja potrebno je prije upotrebe zavoja HydroClean advance cavity liječiti kirurškim postupkom. Tijekom liječenja zavojem HydroClean advance cavity ne smije se primjenjivati topikalni lijekovi (identificijeno). Zavoj nije apsorbirajući ili na neki drugi način kompresivni djelovanje tih agenasa. HydroClean advance cavity se ne smije koristiti za liječenje rana s obilnim krvarenjem. Ako je kožа oko rane osobito osjetljiva i sklona savnjetuje se da se koža zaštiti odgovarajućim zaštitom. U bolesnika u kojih postoji rizik od pretjeranog krvarenja tijekom uklanjanja zavoja treba biti oprezan.

Kontraindicacije
Ne uključuj HydroClean advance cavity la pacienții cu o intoleranță la oricare dintre componentele sale.

Reacții adverse
La inițierea tratamentului cu HydroClean advance cavity, descompunerea țesutului eliberează temporar puroiul pentru a putea fi îndepărtat. Acest lucru poate duce la un semn că vindecarea pășește înainte. Inspirația marginilor plăgii poate servi pe parcursul tratamentului pentru a asista este un semn normal că stimulează. Sângelui a fost reactivată pe măsură ce plaga începe să se vindece. Cu toate acestea, cauza trebuie evaluată înainte pentru ficeare caz. Tratamentul cu HydroClean advance cavity poate duce la durere în timpul schimbării plăgii deschisă este descris sensibilă la stimuli mecanici. Întrebarea dacă este indicat un tratament antibacterian trebuie luată în considerare în funcție de fiecare caz în parte. Desi tratamentul unei cu soluție Ringer nu duce la macerarea celulelor vitale, acesta poate cauza ușoară iritație cutanată. Dacă apare o iritație, aceștia trebuie oprită aspectul unui strat albicios. În cazuri rare, s-a observat activarea neopatică a mușchilor fesieri și a gambei la pacienții tratați cu plăgi cu arsuri grave. Simptomele au fost rezolvate imediat după îndepărțarea pansamentului.

Eliminarea produsului
Pentru a minimiza riscul eventualelor pericole de infectie sau al poluării mediului, componentele dispozitivului medical ce pot fi eliminate în volume de substanțe periculoase în conformitate cu reglementările locale. Implementați o reglementărilor locale aplicabile și standardelor de prevenire a infecțiilor.

Instrucțiuni speciale
Reprocesarea HydroClean advance cavity poate cauza iritația pielii, o durată de vindecare prelungită, durori și/sau infecții. Reprocesarea dispozitivelor, în scopul modificării, poate cauza deteriorarea și/sau funcționarea defectuoasă.

Raportarea incidentelor
Pentru un pacient/utilizatorfață parte din Uniunea Europeană și din țări cu un regim de reglementare identic (Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale): dacă, în legătură cu utilizarea dispozitivului, a survenit un incident grav, sălile are loc un incident grav, va sălii în raportați producătorului și/sau reprezentantului autorizat al acestuia, precum și autorității dvs. naționale.

Depozitare și manipulare

RO – S.C. PAUL HARTMANN S.R.L. - 020194 Bucureşti

Navodila za uporabo

Opis in sestavo izdelka
HydroClean advance cavity je hidroaktivna oblога za rane, ki kot glavno sestavino vsebuje super sposobni poliakrilat (SAP), obdan s celuloznimi vlakni in aktivnim sestavinami (oktenidin) z Ringerovo raztopino. Blazinica za rano je prekrita s tkano tkanino iz propilena.

Lastnosti in delovanje
HydroClean advance cavity omogoča sproščanje Ringerjeve raztopine v rano do tri dni. V tem času poteka interakcija in nepreklicno izgubo vlage, blazinica obloge pa hitrati vpija eksudat rane. Poliakrilat SAP v oblogi HydroClean advance cavity deaktivira matrične metaloproteinaze (MMP), ki zavirajo zdravljenje rane. To omogoča ponovno aktivacijo celjenja in ga povrnoči prekinjeno aktivnost MMP.

Način uporabe in zamejitve obloge
Prepričajte se, da embalaža in oblога nista poškodovani. Ce opazite poškodbe, oblage HydroClean advance cavity ne smete uporabiti. Izdelek uporabite pred iztekom roka trajanja, ki je navedeno na zunanji strani embalaže. Izdelek je namenjen samo za enkratno uporabo. Oblage se tako ne smejo ponovno sterilizirati. Oblaga HydroClean advance cavity ni primerna za uporabo v bližini vnetljivih materialov ali med magnetnoresonančnim slikanjem (MRI). Oblaga HydroClean advance cavity se lahko uporablja tudi za zdravljenje okuženih ran, kar bi preprečevalo varno združevitev. Oblaga HydroClean advance cavity je primerna tudi za uporabo pri bolnikih, ki so nagnjeni k krvavitvam. Oblaga lahko ostane nameščena do tri dni, v skladu s klinično presojo. Obloge je treba zamenjati, če opazite, da je oblaga prepojena z eksudatom ali se oblaga prebija preboj. V večini primerov se lahko HydroClean advance cavity odstrani z rane brez povročanja bolečin. Če se oblaga oblepi preveč na rano, jo je treba pred odstranitvijo namočiti s sterilno fiziološko raztopino ali Ringerjevo raztopino, da sprejemanje poveči.

Previdni previdnostni ukrepi
Pred zdravljenjem ran s počasnejšim celjenjem mora stanje rane in vzroke počasnejšega celjenja vedno oceniti zdravnik ali drug zdravstveni delavec. Zdravljenje z oblogo HydroClean advance cavity ne more nadomestiti zdravljenja vzroka za počasnejše celjenje rane. Oblage HydroClean advance cavity ne smete obrezovati ali kakor koli drugače mehansko poškodovati. Če se HydroClean advance cavity nameni na podplat, bolnik na tej nogi ne sme stati ali z njo hoditi, ker lahko oblaga poči. Če se rana okuži, zdravljenje s SAP in sistemsko lahko otežita celjenje. Izpereno se lahko s sterilizacijo raztopino ali Ringerjevo raztopino. Okužene rane in rane, ki so izpostavljene bakterijam, se lahko zdravijo samo pod nadzorom zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, če posteki. Če se za pritrditev oblage uporablja povoj ali fiksmon, ne deluje dobro. Oblage HydroClean advance cavity, ki prepovičuja za zdravljenje ran suhe nekroze na stopalih, ki so posledica arterijske okluzije. Oblage HydroClean advance cavity se lahko uporabljajo pri opeklinah treže stopnje šele po zdravljenju opeklin s kirurškim postopkom. Med zdravljenjem z oblogo HydroClean advance cavity ni dovoljeno topično uporaba zdravil ali razkužil. Oblaga lahko namreč vpije učinkovine ali kako drugače njegovi njihovo učinkovitost. Oblage HydroClean advance cavity ne smete uporabljati za zdravljenje ran z obilnim krvavitvijo. Če je koža okrog rane zelo občutljiva in podložkovana, je priporočljiva ustrezna zaščita kože. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje obilne krvavitve (npr. zaradi zdravil, ki povzročijo redčenje krvi), je treba odlogo HydroClean advance cavity ob vsaki menjavi odstranjeni previdno. Ti bolniki morajo biti med kontrolami opazovani s strani zdravstvenega osebja.

Kontraindikacije
Oblage HydroClean advance cavity ne uporabljajte pri bolnikih, ki so občutljivi na katero koli sestavino.

Stranski učinki
Ob začetku zdravljenja z oblogo HydroClean advance cavity lahko razgradnja

Käyttöohjeet
Tuotteen kuvaus ja koostumus
HydroClean advance cavity on hydroaktiivinen haavasidos, joka sisältää pääkomponenttinaan selluloosakuituihin upotettua superabsorboivaa polyakrylaattia (SAP), joka on aktiivisia ainesosia oktenidiiniä Ringerin liuoksella. Haavatyyny on pinällystetty polypropeenista valmistetulla neuloksella.

Ominaisuudet ja toimintatapa
HydroClean advance cavity kosteuttaa haavaa Ringerin liuoksella jopa kolmen päivän ajan. Tänä aikana haavaolosuhteisiin huolhtelee haavaa aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa, sillä se absorboi myös haavaeritteen. HydroClean advance cavity -sidoksessa käytetty SAP inaktivoi matriisin metalloproteinaasit (MMP), jotka hidastavat haavan paranemisprosessia. Tämän ansiosta kroonisten haavojen pysähtynyt paranemisen voi aktivoitua uudelleen.

Käyttötarkoitus
HydroClean advance cavity sopii kosteaneräimmärkään haavanhoitoon. Sidoksen käyttäjien tulisi olla terveydenhuoltoon koulutettuja ammattilaisia tai heidän koulittamiaan muilllikoja.

Käyttöaiheet
HydroClean advance cavity -sidoksen käyttöaihe on erityisesti huonosti paranevien, kuivien ja vähän eritteisten haavojen hoitaminen. Sidos soveltuu myös haavoihin täyttöineiden haavojen hoitoon. Lisäksi HydroClean advance cavity -sidosta voi käyttää pyöreiden ja epäsäännöisten uudelleenmuotoiltavin, jos pyöhtymisen aiheuttaa MMP-iden liialliseksi aktivaatiosta.

Sidoksen asentaminen ja vaihtaminen
Pakkaus ja sidos on tarkistettava vaurioiden varalta. HydroClean advance cavity -sidosta ei tule käyttää, jos vaurioita havaitaan. Sidos on vaihdettava viimeistään neljän vuorokauden standardien mukaisesti. Se on vaihdettava tarvittaessa aiemmin, jos eritteen määrä on liian suuri. Sidosta ei saa koskettaa epästerillisillä välineillä tai instrumenteilla. HydroClean advance cavity asetetaan haavaan. HydroClean advance cavity -sidoksen on koskettettava haavan pohjaa. Sidoksen reunat voidaan leikata tarvittaessa. Leikkaa vain kuivalla, puhtaalla ja teräväreunaisella saksilla. Älä leikkaa sidosta haavan päällä. Yhtenäinen HydroClean advance -haavasidospynn on ulottuttava sopivan verran haavan reunojen yli. HydroClean advance cavity kiinnittää sopivilla materiaaleilla. Jos HydroClean advance cavity asetetaan tilalleen sellaiseen haavaan, jossa on vielä jäljellä HydroClean advance cavity -sidoksen osia, nämä on sijaan käyttävä kalvosidosta. On valittava tarpeeksi iso kalvosidos, jotta se kiinnittyy kunnolla haavan reunoihin. Ihon ärsytyksen välttämiseksi, kalvosidos – tai tarvittaessa pallon liikettä. Kalvosidosta käytettäessä on myös varmistettava, että Ringerin liuosta ei vuoda haavasidoksen ympäriltä. Jos haavasidos vuotaa, se on vaihdettava tarvittaessa sidoksen ympäriltä. Jos haavasidos vuotaa, se on vaihdettava tarvittaessa kuivilla kuivilla kuivilla